



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.30.004.А № 74837

Срок действия до 19 августа 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления измерительные DMP, DMD, DS, DMK, ХАСТ, DM, DPS, НМР, НУ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "БД СЕНСОРС РУС" (ООО "БД СЕНСОРС РУС"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 75925-19

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП-202-008-2019

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет; для преобразователей давления с пределами допускаемой основной приведенной к диапазону измерений погрешности $\pm 0,1\%$ - 3 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 августа 2019 г. № 1932

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"26." 08 2019 г.

Серия СИ

№ 037430